

评标报告

一、项目基本情况

- 1、采购人：长垣市常村镇中心卫生院
- 2、代理机构：河南省新源建设工程管理有限公司
- 3、项目名称：长垣市常村镇中心卫生院 CT 及彩超设备采购项目 1 分包
- 4、项目编号：(县区)2025ZBDL100 号-1
- 5、开标时间：2025 年 05 月 28 日 08:30
- 开标地点：长垣市开标室席位 1

二、投标文件递交情况及开标情况

2025 年 05 月 28 日 08:30，本项目进行了电子开标。按规定上传（递交）电子投标文件的投标人共有 4 家，
投标人及开标记录情况如下：

序号	供应商	投标报价(元)	交货期
1	河南省颂杨医疗器械有限公司	1389000.0	合同签订后 20 日历天内交货、安装、调试、验收完毕
2	上海恒坤医疗器械有限公司	1490000.0	合同签订后 20 日历天内交货、安装、调试、验收完毕
3	新乡市威宣商贸有限公司	1475000.0	合同签订后 20 日历天内交货、安装、调试、验收完毕
4	河南以诚医疗科技有限公司	1486000.0	合同签订后 20 日历天内交货、安装、调试、验收完毕

三、资格审查情况：

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		上海恒坤医疗器械有限公司	河南以诚医疗科技有限公司	河南省颂杨医疗器械有限公司	新乡市威宣商贸有限公司			
1	长垣市政府采购投标人信用承诺函							
2	身份证明							
3	营业执照							

4	许可证							
5	信用承诺 函							
	汇总	通过	通过	通过	通过			

资格审查人员：null

四、评标委员会组成情况

评标委员会成员:孟超;李晓楠;曹波;杨涛;韩金红

五、评标方法

- 1、本项目采用综合评分法。
- 2、评标标准：详见招标文件。

六、评标情况及说明

1、符合性审查情况：

序号	评审因素	投标单位及评审意见								
		上海恒坤医疗器械有限公司	河南以诚医疗科技有限公司	河南省颂杨医疗器械有限公司	新乡市威宣商贸有限公司					
1	质量及交货期	通过	通过	通过	通过					
2	签字和盖章	通过	通过	通过	通过					
3	报价	通过	通过	通过	通过					
4	投标文件格式	通过	通过	通过	通过					
5	投标有效期	通过	通过	通过	通过					
6	制作机器码	通过	通过	通过	通过					
	汇总	通过	通过	通过	通过					

废标情况：

序号	单位名称	无效文件/废标原因	无效文件节点
1	上海恒坤医疗器械有限公司	★4.13 CT 成像核心部件球管、高压发生器、探测器为同品牌 项为负偏差，按照一标段评审细则《采购货物技术参数及要求》“1）“★”项实质性条件不满足或负偏离的，视为不能满足招标文件的实质性要求，投标文件无效”的规定，认定投标文件无效。	技术标评审
2	河南以诚医疗科技有限公司	★4.13 CT 成像核心部件球管、高压发生器、探测器为同品牌 项为负偏差，按照一标段评审细则《采购货物技术参数及要求》“1）“★”项实质性条件不满足或负偏离的，视为不能满足招标文件的实质性要求，投标文件无效”的规定，认定投标文件无效。	技术标评审

七、其他需要说明的情况：

上海恒坤医疗器械有限公司、河南以诚医疗科技有限公司投标文件无效，剩余投标文件符合要求的企业不足三家，无法继续评标。决定流标。

评标委员会编制评标报告并签字确认：

2025 年 05 月 28 日